



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DE VISTORIA 151/2024 - Nº 1

Razão Social: HOSPITAL DE AVILA LTDA

Nome Fantasia: HOSPITAL DE AVILA

CNPJ: 35.716.166/0001.93

Registro Empresa (CRM-PE): 470

Endereço: AV.VISCONDE DE ALBUQUERQUE,681

Bairro: MADALENA

Cidade: Recife - PE

CEP: 50610-090

Telefone(s): (81) 3117-5544

E-mail: cristiano.veiga@hospitaldavila.com.br;ladjane.martins@hospitaldavila.com.br

Diretor(a) Técnico(a): Dr(a). CRISTIANO CERQUEIRA DA VEIGA PESSOA - CIRURGIA GERAL - CRM-PE 8647

Sede Administrativa: Não

Origem: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Fato Gerador: DENÚNCIA

Fiscalização Presencial / Fiscalização Não Presencial: Fiscalização Presencial

Data da Fiscalização: 29/04/2024 - 09:00 às 29/04/2024 - 11:40

Equipe de Fiscalização: Dr(a). Sylvio de Vasconcellos e Silva Neto CRM-PE 10589

Acompanhante(s)/Informante(s) da instituição: Ladjane Martins

Cargos: Diretora Administrativa, Coren 267856

Ano: 2024

Processo de Origem: 151/2024/PE

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Vistoria de fiscalização realizada sem comunicação prévia do Cremepe ao estabelecimento de

saúde.

Chegando ao estabelecimento de saúde, a equipe de fiscalização composta pelo Médico Fiscal Dr. Sylvio de Vasconcellos e Silva Neto, exibindo sua identidade funcional como credencial para o ato fiscalizatório, solicitou contato com o médico responsável técnico (Diretor Técnico).

O médico Diretor Técnico, Dr. Cristiano Cerqueira da Veiga Pessoa, CRM 8647, não se encontrava presente no momento da vistoria, sendo-lhe facultado comparecer ou indicar profissional para acompanhamento da vistoria de fiscalização.

Indicado a Diretora Administrativa, Sra. Ladjane Martins, Coren 267856 a qual recebeu a equipe de fiscalização e prestou as informações solicitadas e acompanhou o médico fiscal durante toda a vistoria.

O que motivou a vistoria foi solicitação do MPPE, 18º Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor da Capital, através do Ofício N°. SEI -96/2024/Cremepe/1ºSecret./DEFIS PJ CON, Procedimento Preparatório 02053.002.299/2023.

Trata-se de uma Unidade de Saúde privada, com fins lucrativos e que recebe pacientes particulares e usuários de planos de saúde (Sassepe, Saúde Recife e Amil) e conta com 20 leitos de enfermaria de neurologia de retaguarda para pacientes SUS (Sistema Único de Saúde).

Relata que a Unidade está realizando reformas, faz mais de dois anos, de forma gradativa e não sabe informar sobre o prazo para término da reforma de toda a unidade.

Possui 76 leitos de enfermaria/apartamentos, Centro Cirúrgico com 09 Salas cirúrgicas (08 em funcionamento), Sala de Recuperação Pós Anestésica (SRPA) com 04 leitos e 26 leitos de UTI assim discriminados:

- UTI Neurológica - 10 leitos;
- UTI Coronária - 10 leitos;
- UTI Geral - 06 leitos.

Realiza atendimentos de urgência/emergência/24 horas em clínica médica.

Na especialidade de traumatologia/ortopedia conta com plantão presencial nas 12 horas diurnas (7:00 as 19:00) e sobreaviso nas 12 horas noturnas (19:00 as 7:00).

Há também médicos de sobreaviso nas áreas de: cirurgia geral, neurologia, neurocirurgia e hemodinâmica.

Informa que a escala médica de plantão da urgência/emergência/dia conta com 02 médicos de clínica médica e 01 médico ortopedista e a noite conta com 01 médico plantonista de clínica

médica e 01 médico responsável pelas intercorrências dos pacientes internados. No período diurno possui 01 médico evolucionista no térreo e 01 médico evolucionista no 1º andar que são responsáveis pelas intercorrência dos pacientes internados.

Os principais atendimentos eletivos são nas seguintes áreas:

- Cirurgia Geral;
- Cirurgia Cardíaca;
- Cirurgia Plástica;
- Cirurgia Vascular;
- Neurocirurgia;
- Ortopedia;
- Ginecologia.

Realiza uma média de 200/cirurgias/eletivas/mês e cerca de 50 atendimentos/plantão/urgência/emergência/24 horas (cerca de 35 atendimentos/plantão/dia e 15 atendimentos/plantão/noite). Informa que o número de atendimentos/plantão/noite varia bastante e no mês passado o número máximo de atendimentos foi de 15 pacientes e no plantão de ontem a noite (28/04/2024) atendeu apenas 3 pacientes.

O objetivo da vistoria é a climatização da UTI Geral.

O médico coordenador da UTI Geral e da UTI Neurológica é o Dr. Hellyton Mitchel Firmino Cavalcanti, CRM 22698 e o médico coordenador da UTI Coronária é o Dr. Alexandre Magno Macario Nunes Soares, CRM 15652.

O médico coordenador da CCIH é o Dr. Marcos Aureliano Guerra de Barros Correia, CRM 9413.

2. ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO

2.1 Abrangência do Serviço: Estadual/Distrital

3. COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM SERVIÇO DE SAÚDE, OU EQUIVALENTE

3.1 Comissão de Controle de Infecção em Serviço de Saúde, ou equivalente: Sim

3.2 CCISS - Registro em atas: Sim

3.3 CCISS - Data do último registro: 22/03/2024

4. COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

4.1 Comissão de Revisão de Óbito: Sim

4.2 CRO - Registro em atas: Sim

4.3 CRO - Data do último registro: 22/03/2024

4.4 CRO - Registro na ata de providências nos casos de “óbitos a esclarecer”: **Não**

5. COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS

5.1 Comissão de Revisão de Prontuários: Sim

5.2 CRP - Registro em atas: Sim

5.3 CRP - Data do último registro: 01/04/2024

6. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO AMBIENTE FÍSICO - GERAL

6.1 Sinalização de acessos: Sim

6.2 Ambiente com conforto térmico: Sim

7. CONVÊNIOS E ATENDIMENTO

7.1 Convênios e atendimento: SUS, Particular, Convênios (SUS - Apenas como retaguarda de enfermaria neurológica (são 20 leitos).)

7.2 Horário de Funcionamento: 24h

7.3 Plantão: Sim

7.4 Sobreaviso: Sim

8. DADOS CADASTRAIS

8.1 Inscrição CRM-UF (Privado): Sim

8.2 Número de Inscrição: 470

8.3 Certificado de Regularidade da Inscrição da Pessoa Jurídica: Sim

8.4 Certificado de Regularidade - Válido: Sim

8.5 Validade do Certificado de Regularidade: 12/07/2024

8.6 Médico formalizado na função de responsável/diretor técnico: Sim

8.7 Há diretor técnico médico formalizado junto ao CRM-UF: Sim

8.8 Alvará bombeiros: Sim

8.9 Alvará bombeiros - Disponível: Sim

8.10 Alvará bombeiros - Válido: Sim

8.11 Alvará bombeiros - Validade: 12/07/2024

8.12 Há demonstração da regularidade junto à autoridade sanitária: Sim

8.13 As alterações de dados cadastrais são formalizadas junto ao CRM, no prazo de até trinta (30) dias: **Não**

9. EXERCÍCIO LEGAL E ÉTICO DE MEDICINA

9.1 É respeitada a vedação à prática de atos privativos de médico por profissional não médico.: Sim

9.2 É respeitada a vedação à delegação a outros profissionais de atos ou atribuições exclusivas da profissão médica: Sim

10. NATUREZA DO SERVIÇO

10.1 Natureza do Serviço: PRIVADO - Lucrativo, GESTÃO - Privada, ENSINO MÉDICO - Não

11. NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE

11.1 Núcleo de Segurança do Paciente: Sim

11.2 NSP - Registro em atas: Sim

11.3 NSP - Data do último registro: 22/03/2024

12. ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA (GERAL)

12.1 Há garantias de confidencialidade do ato médico: Sim

12.2 Há garantias de privacidade para o paciente: Sim

12.3 Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS): Sim

12.4 Há registros/relatos de incidentes/eventos relacionados a violência, comprometendo a segurança e integridade física de pacientes e profissionais no estabelecimento: Não

12.5 Serviço de segurança: Não

12.6 Há terceirização da prestação de serviços médicos: Sim

13. RESPONSABILIDADE TÉCNICA MÉDICA / DIREÇÃO TÉCNICA MÉDICA

13.1 A responsabilidade técnica é exercida presencialmente: Sim

13.2 A direção técnica de serviço assistencial especializados é exercida por médico com registro de qualificação de especialista junto ao CRM na especialidade médica correspondente: Sim

14. ATIVIDADES / SERVIÇOS HOSPITALARES (ITENS APENAS INFORMATIVOS)

14.1 Ambulatório: Não

14.2 Unidade de internação: Sim

14.3 Serviço hospitalar de urgência e emergência: Sim

14.4 Maternidade: Não

14.5 Centro de parto normal: Não

14.6 Centro de reprodução humana assistida: Não

14.7 Unidade de Terapia Intensiva Adulto: Sim

14.8 Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica: Sim

14.9 Unidade de Terapia Intensiva de Queimados: Não

14.10 Unidade de Terapia Intensiva de Transplantes: Não

14.11 Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica: Não

14.12 Unidade de Terapia Intensiva Neonatal: Não

14.13 Enfermaria psiquiátrica: Não

14.14 Serviço de medicina nuclear: Não

14.15 Centro cirúrgico: Sim

- 14.16 Laboratório de análises clínicas: Sim
- 14.17 Laboratório de anatomia patológica e citopatologia: Não
- 14.18 Posto de coleta para análises clínicas: Sim
- 14.19 Serviço de imagem / radiologia médica: Sim
- 14.20 Hemodinâmica: Sim
- 14.21 Serviço de Endoscopias: Não
- 14.22 Serviço de vacinação: Não
- 14.23 Necrotério: Sim
- 14.24 Serviço de engenharia para infraestrutura: **Não**
- 14.25 Serviço de engenharia e medicina do trabalho: **Não**

15. PORTE DO HOSPITAL

- 15.1 Porte do Hospital: Porte III

16. UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO – AMBIENTES DE APOIO

- 16.1 Posto de enfermagem com visualização dos leitos: Sim
- 16.2 Sala de espera para acompanhantes e visitantes: Sim
- 16.3 Repouso médico com banheiro: Sim
- 16.4 Área de estar para equipe de saúde: **Não**
- 16.5 Depósito de material de limpeza (DML): Sim
- 16.6 Depósito de equipamentos e materiais: Sim
- 16.7 Copa: Sim
- 16.8 Farmácia satélite: Sim
- 16.9 Sinalização de acessos: Sim

17. UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO – CARACTERIZAÇÃO

- 17.1 Leitos de isolamento (número): 3 (Há um leito de isolamento em cada UTI. O leito de isolamento da UTI Geral não possui climatização. Identifico o ambiente quente. No momento não

há paciente nesse espaço (isolamento). Há 3 pacientes na UTI geral (6 leitos no total).)

17.2 Pacientes em isolamento (número): 0 (No leito de isolamento da UTI geral, observado o ambiente sem climatização. No momento, identico o local com temperatura elevada (quente).)

17.3 Pacientes em contenção física: 0

17.4 Unidade de Tratamento Intensivo Geral/Mista: Sim

17.5 Unidade de Tratamento Intensivo Especializada: Sim

17.6 Atendimento a Pacientes Queimados: Não

17.7 Coronariana ou Cardiovascular: Sim (O leito de isolamento da UTI coronariana é o leito número 6 e há ar-condicionado central. Identifico a temperatura confortável (foto do termômetro em anexo).)

17.8 Neurológica ou AVC: Sim (O leito de isolamento da UTI neurológica é o leito 6. Possui climatização com ar condicionado central e no momento, sem paciente e com conforto térmico (temperatura agradável). A placa da UTI neuro está com o nome de UTI geral.)

18. UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - CRITÉRIOS DE ADMISSÃO E ALTA

18.1 Há registro formal da adoção de critérios para admissão na Unidade de Tratamento Intensivo: Sim

19. UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO – EQUIPE MÉDICA / DIMENSIONAMENTO

19.1 Para cada dez leitos, ou fração, há um médico intensivista rotineiro/diarista/horizontal, matutino e vespertino: **Não**

19.2 Há um médico plantonista/vertical para cada dez (10) leitos ou fração: Sim

20. UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO – EQUIPE MÉDICA / QUALIFICAÇÃO

20.1 Há equipe médica específica da UTI Adulto: Sim

20.2 Médico responsável técnico: Sim

20.3 Médico diarista/rotineiro/horizontal: **Não**

20.4 Médico plantonista: Sim

20.5 TODOS os médicos rotineiros/diaristas/horizontais, matutino e vespertino, possuem Registro de Qualificação de Especialista em Medicina Intensiva junto ao CRM da jurisdição: **Não**

20.6 TODOS os médicos plantonistas/vertical possuem Registro de Qualificação de Especialista em Medicina Intensiva junto ao CRM da jurisdição: Não

21. UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - RECURSOS ASSISTENCIAIS

21.1 Assistência nutricional: Sim

21.2 Terapia nutricional (enteral e parenteral): Sim

21.3 Assistência farmacêutica: Sim

22. UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO – RECURSOS HUMANOS (NÃO MÉDICOS)

22.1 Enfermeiro assistencial - 01 (um) para cada 08 (oito) leitos ou fração, em cada turno: Sim

22.2 Técnico de enfermagem - 01 (um) para cada 02 (dois) leitos, em cada turno: Sim

22.3 Técnico de enfermagem – 01 (um) por UTI para serviços de apoio assistencial, em cada turno: Sim

22.4 Farmacêutico: Sim

22.5 Nutricionista: Sim

22.6 Fisioterapeuta - 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração, em cada turno: Sim

22.7 Funcionários exclusivos para serviço de limpeza da unidade, em cada turno: Sim

22.8 Engenheiro clínico: Não (Há uma empresa de engenharia terceirizada para reparo de materiais.)

22.9 Fonoaudiólogo: Sim

22.10 Psicólogo: Sim

22.11 Cirurgião-Dentista: Sim

23. UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO – RECURSOS MATERIAIS

23.1 Fita métrica: Sim

23.2 Negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem: Sim

23.3 Materiais para aspiração traqueal em sistemas aberto e fechado: Sim

23.4 Aspirador a vácuo portátil: Sim

23.5 Cuffômetro: Sim

23.6 Ventilômetro portátil: Sim

23.7 Materiais para curativos: Sim

- 23.8 Materiais para cateterismo vesical de demora em sistema fechado: Sim
- 23.9 Dispositivo para elevar, transpor e pesar o paciente: Sim
- 23.10 Material para punção lombar: Sim
- 23.11 Materiais para procedimentos de drenagem liquórica em sistema fechado: Sim
- 23.12 Oftalmoscópio: Sim
- 23.13 Otoscópio: Sim
- 23.14 Materiais para procedimentos de drenagem torácica em sistema fechado: Sim
- 23.15 Materiais para procedimentos de traqueostomia: Sim
- 23.16 Foco cirúrgico portátil: Sim
- 23.17 Materiais para procedimentos de flebotomia: Sim
- 23.18 Materiais para monitorização de pressão venosa central: Sim
- 23.19 Materiais e equipamentos para monitorização: Sim
- 23.20 Materiais para punção pericárdica: Sim
- 23.21 Disponibilidade de aparelho móvel de Raios X: Sim
- 23.22 Monitor de pressão intracraniana - PIC: Sim
- 23.23 Materiais para procedimentos de sondagem vesical: Sim
- 23.24 Materiais para procedimentos de diálise peritoneal: Sim
- 23.25 Monitor de débito cardíaco: Sim
- 23.26 Relógios e calendários posicionados de forma a permitir visualização em todos os leitos: Sim
- 23.27 Cama hospitalar com ajuste de posição, grades laterais e rodízios: Sim
- 23.28 Ressuscitador manual do tipo balão auto inflável com reservatório e máscara adulto: Sim
- 23.29 Estetoscópio clínico: Sim
- 23.30 Conjunto para nebulização: Sim
- 23.31 Bomba de infusão (quatro – 04 - por leito): Sim
- 23.32 Equipamentos e materiais para monitorização contínua: Sim
- 23.33 Frequência respiratória: Sim
- 23.34 Oximetria de pulso: Sim
- 23.35 Frequência cardíaca: Sim

- 23.36 Cardioscopia: Sim
- 23.37 Temperatura: Sim
- 23.38 Pressão arterial não-invasiva: Sim
- 23.39 Ressuscitador manual do tipo balão auto inflável com reservatório e máscara (um para cada dois leitos): Sim
- 23.40 Máscara de oxigênio adulto (um para cada dois leitos): Sim
- 23.41 Ventilador pulmonar mecânico microprocessado (um para cada dois leitos): Sim
- 23.42 Para cada três (03) leitos, há disponibilidade de uma bomba de infusão como reserva operacional: Sim
- 23.43 Desfibrilador e cardioversor com bateria (um para cada cinco leitos): **Não** (Informa que após a última fiscalização em janeiro de 2024, providenciou a compra de mais desfibrilador para as UTIs, mas ainda não está em uso.)
- 23.44 Glicosímetro (um para cada cinco leitos): Sim
- 23.45 Poltrona com revestimento impermeável (um para cada cinco leitos): Sim
- 23.46 Ventilador pulmonar mecânico microprocessado para reserva operacional (um para cada cinco leitos): Sim
- 23.47 Materiais de interface facial para ventilação pulmonar não invasiva (um para cada cinco leitos): Sim
- 23.48 Materiais e equipamentos para monitorização de pressão arterial invasiva (um para cada cinco leitos): Sim
- 23.49 Kit / carrinho de emergência (um para cada cinco leitos): Sim
- 23.50 Ressuscitador manual com reservatório: Sim
- 23.51 Laringoscópio com cabos, lâminas e pilhas: Sim
- 23.52 Tubos/cânulas endotraqueais: Sim
- 23.53 Fixadores de tubo endotraqueal: Sim
- 23.54 Cânulas de Guedel: Sim
- 23.55 Fio guia estéril: Sim
- 23.56 Realiza averiguação periódica dos componentes do carrinho de reanimação: Sim
- 23.57 Capnógrafo (um para cada dez leitos): Sim
- 23.58 Monitor de pressão arterial invasiva para reserva operacional (um para cada dez leitos): Sim
- 23.59 Eletrocardiógrafo (um para cada dez leitos): Sim
- 23.60 Marcapasso cardíaco externo transtorácico temporário com eletrodos e gerador (um para

cada dez leitos): Sim

23.61 Conjunto para transporte (um para cada dez leitos): Sim

23.62 Maca para transporte com grades laterais, suporte para soluções parenterais e suporte para cilindro de oxigênio: Sim

23.63 Monitor cardíaco multiparamétrico para transporte com bateria: Sim

23.64 Ventilador mecânico específico para transporte, com bateria: Sim

23.65 Kit / maleta de emergência p/ acompanhar o transporte de pacientes graves: Sim

23.66 Cilindro transportável de oxigênio: Sim

24. UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO – RESPONSABILIDADE TECNICA

24.1 Há Médico responsável técnico: Sim

25. UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO – SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS (NO HOSPITAL)

25.1 Centro cirúrgico: Sim

25.2 Serviço de Radiologia Convencional: Sim

25.3 Ecodopplercardiografia: Sim

26. CORPO CLÍNICO

CRM	NOME	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
22698-PE	HELLYTON MITCHAE FIRMINO CAVALCANTI (MEDICINA INTENSIVA (Registro: 15272))	Regular	Coordenador da UTI Geral e da UTI Neurológica. Identificado na UTI geral e também acompanhou a equipe de vistoria nos setores das UTIs.
15652-PE	ALEXANDRE MAGNO MACARIO NUNES SOARES (CIRURGIA CARDIOVASCULAR (Registro: 8829))	Regular	Coordenador da UTI Cardiológica
17994-PE	ELIOBAS DE OLIVEIRA NUNES FILHO (CIRURGIA CARDIOVASCULAR (Registro: 4369))	Regular	Diarista da UTI Coronaria (manhã)
17322-PE	MANOEL JOSÉ ALVES DA COSTA (CLÍNICA MÉDICA (Registro: 8988), MEDICINA INTENSIVA (Registro: 8989))	Regular	Diarista da UTI Neurológica (manhã)

CRM	NOME	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
9413-PE	MARCOS AURELIANO GUERRA DE BARROS CORREIA (ANESTESIOLOGIA (Registro: 6647))	Regular	Coordenador da CCIH
33120-PE	CARLOS AUGUSTO DE CAMPOS SILVA	Regular	Diarista da UTI coronária no turno da tarde.
29705-PE	CARLOS EDUARDO SOUZA RESENDE MONTES	Regular	Identificado na UTI Geral como plantonista.
33910-PE	THIALE CUNHA CAVALCANTI CORRÊA DE ARAÚJO	Regular	Identificada na UTI Neurológica como plantonista
8647-PE	CRISTIANO CERQUEIRA DA VEIGA PESSOA (CIRURGIA GERAL (Registro: 4291))	Regular	Diretor Técnico

27. CONSTATAÇÕES

27.1

A UTI Geral conta com 6 leitos e estava com 3 pacientes internados.

A UTI Coronária conta com 10 leitos e estava com 8 pacientes internados.

A UTI Neurológica conta com 10 leitos e estava com 8 pacientes internados.

27.2

Nas UTIs também foi identificado termômetros afixados na parede (fotografia anexa).

Observado que a sensação térmica estava confortável na UTI Coronariana e na UTI Neurológica.

Importante salientar que na UTI Geral, o termômetro evidenciava a temperatura de 23,9°C, mas há uma nítida diferença de temperatura nos ambientes da UTI Geral. Ênfase que no espaço do leito de isolamento, não observei nenhuma climatização específica (nenhuma saída de ar condicionado nem de exaustor de ar) e a temperatura nesse espaço é evidentemente mais elevada. Nesse espaço a sensação térmica é de calor (quente). No momento, não havia nenhum paciente internado nesse leito.

28. IRREGULARIDADES

28.1 INFORMAÇÕES CADASTRAIS / CORPO CLÍNICO:

28.1.1. O Corpo Clínico constatado durante a vistoria está atualizado junto ao CRM-UF. Não. Item não conforme Resolução CFM nº 1.980/2011 – Anexo: Artigo 7º. Item não conforme Resolução CFM nº 2.147/2018 – Anexo: Artigo 2º Parágrafo Terceiro Incisos I e X. Item não conforme Artigos 17 e 18 do Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 2.217/2018.

28.2 UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO – EQUIPE MÉDICA / QUALIFICAÇÃO:

28.2.1. Médico diarista/rotineiro/horizontal. Não. Item não conforme Artigos 17, 18 e 21 do Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 2.217/2018. e Resolução CFM nº 2.056/2013: Anexo Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina no Brasil (Resolução CFM nº 2.153/2016). e Resolução CFM nº 2.147/2016: Anexo Artigo Segundo Parágrafo Terceiro Incisos I, II, IV, V e VI. e Resolução CFM nº 2.271/2020: Artigo 3º. e Resolução CFM nº 2.271/2020: Artigos 2º, 3º e Anexo II.

28.2.2. TODOS os médicos rotineiros/diaristas/horizontais, matutino e vespertino, possuem Registro de Qualificação de Especialista em Medicina Intensiva junto ao CRM da jurisdição. Não. Item não conforme Artigos 17, 18 e 21 do Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 2.217/2018. e Resolução CFM nº 2.056/2013: Anexo Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina no Brasil (atualizado/modificado pela Resolução CFM nº 2.153/2016). e Resolução CFM nº 2.147/2016: Anexo Artigo Segundo Parágrafo Terceiro Incisos I, II, IV, V e VI. e Resolução CFM nº 2.271/2020: Artigos 2º, 3º e Anexo II.

28.3 COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO:

28.3.1. CRO - Registro na ata de providências nos casos de “óbitos a esclarecer”. Não. Item não conforme Resolução CFM nº 2.171/2017. Item não conforme Resolução CFM nº 2.147/2016 – Anexo: Artigo 2º Parágrafo Terceiro Incisos I, X e XI. Item não conforme Artigos 17 e 18 do Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 2.217/2018. Item não conforme Resolução CFM nº 2.056/2013 – Anexo Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina no Brasil (atualizado/modificado pela Resolução CFM nº 2.153/2016)

28.4 UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO – EQUIPE MÉDICA / DIMENSIONAMENTO:

28.4.1. Para cada dez leitos, ou fração, há um médico intensivista rotineiro/diarista/horizontal, matutino e vespertino. Não. Item não conforme Artigos 17 e 18 do Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 2.217/2018 e Resolução CFM nº 2.056/2013: Anexo Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina no Brasil (atualizado/modificado pela Resolução CFM nº 2.153/2016). e Resolução CFM nº 2.147/2016 - Anexo: Artigo 2º Parágrafo Terceiro Incisos I, II, IV, V e VI. e Resolução CFM nº 2.271/2020: Artigos 2º, 3º e Anexo 2.

28.5 ATIVIDADES / SERVIÇOS HOSPITALARES (ITENS APENAS INFORMATIVOS):

28.5.1. Serviço de engenharia para infraestrutura. Não. Item não conforme Resolução CFM nº 2056/13, art. 27, IX

28.5.2. Serviço de engenharia e medicina do trabalho. Não. Item não conforme Resolução CFM nº 2056/13, art. 27, IX

28.6 UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO – RECURSOS MATERIAIS:

28.6.1. Desfibrilador e cardioversor com bateria (um para cada cinco leitos). Não. Item não conforme Artigos 17, 18 e 21 do Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 2.217/2018. e Resolução CFM nº 2.056/2013: Anexo Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina no Brasil (atualizado/modificado pela Resolução CFM nº 2.153/2016). e Resolução CFM nº 2.147/2016: Anexo Artigo Segundo Parágrafo Terceiro Incisos I e X. Normativas relacionadas: Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RDC Anvisa nº 7, de 24 de fevereiro de 2010: Artigo 58. Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - RDC Anvisa nº. 63 de 25 de novembro de 2011.

28.7 UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO – AMBIENTES DE APOIO:

28.7.1. Área de estar para equipe de saúde. Não. Item não conforme Resolução CFM nº 2.056/2013 – Anexo Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina no Brasil (atualizado/modificado pela Resolução CFM nº 2.153/2016) e Artigos 17 e 18 do Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 2.217/2018. Normativas relacionadas: Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RDC Anvisa nº 7, de 24 de fevereiro de 2010: Artigo 10. Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - RDC Anvisa nº. 63 de 25 de novembro de 2011. Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RDC Anvisa nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. e Resolução CFM nº 2.147/2016 – Anexo: Artigo 2º Parágrafo Terceiro Incisos I e X.

28.8 DADOS CADASTRAIS:

28.8.1. As alterações de dados cadastrais são formalizadas junto ao CRM, no prazo de até trinta (30) dias. Não. Item não conforme Resolução CFM nº 1.980/2011 – Anexo: Artigo 7º. Artigos 17 e 18 do Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 2.217/2018. Resolução CFM nº 2.147/2016 – Anexo: Artigo 2º Parágrafo Terceiro Incisos I e X. Resolução CFM nº 2.056/2013 – Anexo Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina no Brasil (atualizado/modificado pela Resolução CFM nº 2.153/2016).

29. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sugiro analisar o relatório em tela em conjunto com relatório anterior datado de 24/01/2024, sistema CFM 7/2024.

Durante a vistoria foi entregue os seguintes documentos a equipe de fiscalização (anexo ao relatório):

- Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (Programa de Manutenção preventiva mensal para aparelhos de ar condicionado);
- Escala Clínica Médica Hospital D Ávila;
- Escala Evolução D Ávila;

- Escala UTI Neuro D Ávila - 2º andar;
- Escala UTI D Ávila Geral 1º andar;
- Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (Atestado de Regularidade);
- Licença de Funcionamento (Secretaria de Saúde - Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária);
- Alvará de Localização e Funcionamento (Prefeitura do Recife).

Solicitado a gestão o plano de climatização das UTIs com estudo sobre a temperatura e qualidade do ar. Informou que já havia realizado o estudo a cerca de um mês, mas não foi disponibilizado para equipe de vistoria durante a fiscalização. Prontificou-se a enviar o estudo ao Cremepe no prazo máximo de 30 (trinta dias).

Importante uma atenção especial na avaliação do estudo da climatização em relação a qualidade do ar e dimensionamento dos aparelhos de ar condicionado com foco em filtro HEPA, renovação do ar e área com pressão negativa.

Atenção a NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2), preconiza: Os procedimentos que podem gerar aerossóis devem ser realizados preferencialmente em uma unidade de isolamento respiratório com pressão negativa e filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance) e a NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA 06/2020, revisada em 30/03/2021 - Recomendações para as salas de cirurgia ... d) Manter as salas cirúrgicas para pacientes com suspeita ou confirmação de Covid 19 adequadamente filtradas. e) Durante os procedimentos como a indução anestésica, intubação e extubação orotraqueal e procedimentos cirúrgicos com geração de aerossóis, é recomendável que o paciente permaneça em sala com pressão negativa, com filtro HEPA, que permita a filtração entre 6 a 25 vezes/hora e com pressão negativa de pelo menos -5Pa em relação a antessala (ABNT 7256).

Caso necessário, sugiro solicitação de vistoria específica para análise da climatização por órgão competente.

Recife - PE, 29 de Abril de 2024.




Dr(a). Sylvio de Vasconcellos e Silva Neto


CRM - PE - 10589

MÉDICO(A) FISCAL

30. ANEXOS



NSP - Data do último registro




NSP - Registro em atas




Núcleo de Segurança do Paciente




Comissão de Controle de Infecção em Serviço de Saúde, ou equivalente



Comissão de Controle de Infecção em Serviço de Saúde, ou equivalente




Comissão de Controle de Infecção em Serviço de Saúde, ou equivalente




CCISS - Registro em atas




Comissão de Revisão de Óbito



Comissão de Revisão de Óbito




CRO - Registro em atas




CRO - Registro em atas




Comissão de Revisão de Prontuários



Comissão de Revisão de Prontuários



CRP - Data do último registro



Comissão de Revisão de Prontuários



Leitos planejados (número)




Sala de espera para acompanhantes e visitantes



Sala de espera para acompanhantes e visitantes




Sala de espera para acompanhantes e visitantes



Sala de espera para acompanhantes e visitantes



Reposo médico com banheiro



Repouso médico com banheiro



Farmácia satélite



Copa



Copa



Sinalização de acessos



Sinalização de acessos



Depósito de equipamentos e materiais



Depósito de equipamentos e materiais



Posto de enfermagem com visualização dos leitos



Posto de enfermagem com visualização dos leitos



Posto de enfermagem com visualização dos leitos



Posto de enfermagem com visualização dos leitos



Posto de enfermagem com visualização dos leitos



Posto de enfermagem com visualização dos leitos



Leitos de isolamento (número)



Leitos de isolamento (número)



Leitos de isolamento (número)



Leitos de isolamento (número)



Pacientes em isolamento (número)



Pacientes em isolamento (número)



Unidade de Tratamento Intensivo Geral/Mista



Unidade de Tratamento Intensivo Geral/Mista



Unidade de Tratamento Intensivo Geral/Mista



Neurológica ou AVC



Neurológica ou AVC



Neurológica ou AVC



Neurológica ou AVC



Neurológica ou AVC



Neurológica ou AVC



Neurológica ou AVC



Neurológica ou AVC



Neurológica ou AVC



Neurológica ou AVC



Neurológica ou AVC



Neurológica ou AVC



Neurológica ou AVC



Neurológica ou AVC



Coronariana ou Cardiovascular



Coronariana ou Cardiovascular



Coronariana ou Cardiovascular



Coronariana ou Cardiovascular



Coronariana ou Cardiovascular



Coronariana ou Cardiovascular



Coronariana ou Cardiovascular



Coronariana ou Cardiovascular



Coronariana ou Cardiovascular



Coronariana ou Cardiovascular



Coronariana ou Cardiovascular




Coronariana ou Cardiovascular



Coronariana ou Cardiovascular



Coronariana ou Cardiovascular



Leitos de isolamento (número)



Unidade de Tratamento Intensivo Geral/Mista



Unidade de Tratamento Intensivo Geral/Mista

ESCALA EVOLUÇÃO D AVILA.

COORDENADOR: HELLYTON MITCHAEI

TERREO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
EVOLUÇÃO	FABIO DANIEL	FABIO DANIEL	CAROLINA MENEZES	GABRIEL GUERRA	DIOGO FABRICIO	FABIO DANIEL	NATALY REGINA

1º ANDAR	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
EVOLUÇÃO	THAMYRES RATS	RAFAELA LEANDRO	THAMYRES RATS	THAMYRES RATS	THAMYRES RATS	LARA BORGES	LARA BORGES

Nº	NOME	CPF	CRM	TELEFONE
1	DIEGO FABRÍCIO APRÍGIO DE ANDRADE	042.868.474-85	3.1767	81 9 8247 9724
2	FABIO DANIEL AKIVAMA HASHIZUMI YOSIURO	350.305.169-67	35334	81 9896 7063
3	THAMYRES RATS DE SOUZA BARBOSA	433.782.232-84	23788	88 9606-1393
4	RONEY OLIVEIRA DA SILVA	11.3443.484-75	25771	81 9683-0557
5	LARA BORGES BARBOSA	490.516.513-30	32896	86 9904-3367
6	NATALY REGINA FONSECA CARVALHO DE MEDEIROS	094.313.284-63	32850	0199544755
7	CAROLINA MENEZES SABINO ALMEIDA	06856035470	33700	81 9288-2983
8	GABRIEL GUERRA COR	112925784-32	34557	81 9280-1227
9	RAFAELA LEANDRO DE LIMA	051.839.844-76	34844	81 9466-1991

Há equipe médica específica da UTI Adulto

ESCALA UTI D AVILA GERAL 1 ANDAR

UTI D'AVILA	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
07:00 AS 13:00	CARLOS EDUARDO	LUCAS ROIZ	LUCAS ROIZ	DANILO FERREIRA	CAIKE GOMES	RAFAEL MELLO	ANDREIA GUIMARÃES
13:00 AS 19:00	CARLOS EDUARDO	LUCAS ROIZ	LUCAS ROIZ	DANILO FERREIRA	CAIKE GOMES	RAFAEL MELLO	ANDREIA GUIMARÃES
19:00 AS 07:00	CARLOS EDUARDO	ANDRE MENTONÇA	AMANDA CAROLYNE	DIOGO FABRICIO	HUGO DANIEL	ANDREIA LAYS	HUGO DANIEL

Nº	NOME	CPF	CRM	TELEFONE
1	Hugo Daniel Batista Reis Soares	037.022.343-07	34.358	(80) 9 5905 1612
2	André de Mendonça Costa Gadelha Xavier	11906613404	33071	81973479779
3	Rafael José Amaral de Melo	106.020.714-85	33937	(81) 99846-0030
4	Carlos Eduardo Souza Resende Montes	061.531.914-95	29705	(81) 9 8170 4553
5	Amanda Carolyne Gomes Patriota Domelas	059.450.494-50	25467	(81) 9 9881 2801
6	Gabrielly Aguiar de Lima Silva	09687081424	35045	81 996167983
7	Caíke Luciano Silva Gomes	695.422.824-35	32092	81995317903
8	Thiábe Cunha Cavalcanti Corrêa de Araújo	107.122.254-63	33910	81 99438-3348
9	Ana Vitória Batista Souza e Silva	756.137.511-53	31.562	81 8341-4991
10	Daniilo Ferreira da Silva	09637152407	35268	81 9809-9573
11	Lays Santana Freitas de Alencar	024.616.893-05	36001	81 996351556

Há equipe médica específica da UTI Adulto

ESCALA CLINICA MÉDICA HOSPITAL D AVILA

HORA	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
DIURNO 07 AS 19	GUSTAVO DE ARAUJO	VULPIAN MAIA	ANDRÉ MENDONÇA	RODOLFO BASTOS	RODOLFO BASTOS	RONEY OLIVEIRA	THIAGO CORDEIRO
	M. LUIZA OLIVEIRA	THIAMYRES RATS	RODOLFO BASTOS	ALEXANDRE DE FREITAS	MARIA LUIZA OLIVEIRA	PEDRO PAULO / FLORA DE SOUZA	JULIANA NATALE
NOTURNO 19 AS 07	THIAGO CORDEIRO	ALEXANDRE DE FREITAS	THIAGO CORDEIRO	RONEY OLIVEIRA	THIAGO CORDEIRO	PEDRO CARVALHO	GUSTAVO DE ARAUJO
	JOÑES HELENA	RODOLFO BASTOS	ALEXANDRE DE FREITAS	RENAN SANTOS	GUSTAVO DE ARAUJO	RONEY OLIVEIRA	RENAN SANTOS

Nº	NOME	CPF	CRM	E-MAIL
1	Ignês Helena Vieira Cunha Fernandes	101.260.144-77	32.372	ignes_fernandes@hotmail.com
2	Maria Luiza de Oliveira Perreira Lima	095.644.214-84	34875	marialuiza.officinas@gmail.com
3	Rodolfo Bastos de Albuquerque	088.927.894-65	27506	rodolfoalbuquerque@hospital.com
4	Renan Santos Aquino Calheiros	303.370.874-74	33395	Aquinosantos2@gmail.com
5	Clarissa Magalhães Nascimento	080.711.414-61	33032	clarissamagalhaes3@hotmail.com
6	André de Mendonça Costa Gadelha Xavier	019.066.134-94	33071	andre.mendoncax@gmail.com
7	Thiago Coesidero Maciel	098.389.814-02	22784	thiagem3@gmail.com
8	Alexandre de Freitas Cavalcanti Filho	064.434.734-18	31.733	alexandrefc14@hotmail.com
9	Gustavo de Araújo Lima	037.320.344-61	27495	gustavoalima@hotmail.com
10	Pedro Paulo Oliveira de Carvalho	064.105.254-51	25.543	pedropauloc98@gmail.com
11	Flora de Souza Brando dos Reis	1164.69194-59	34427	flora-brando@hotmail.com
12	Thiomyres Rats de Souza Barbosa	033.382.283-84	33798	thiomyres-rats@hotmail.com
13	Assiane Gabriela Anceles da Rocha	0135.80794-80	29873	assiane.rocha@gmail.com
14	Willy Luiz masson carolino	02874782114	34090	carolinowilly@gmail.com
15	Roney Oliveira da Silva	11443.484-75	35771	roneyoliveira1@gmail.com
16	Juliana Natálie Rodrigues Marques	117.730.369-24	35774	julkeyy_2610@hotmail.com
17	Larissa Carlo da Costa Silva	073.213.044-18	35453	larissa.carla@ipe.br
18	Vulpian Novais Maia Neto	09728091417	35975	msivulpian@gmail.com
19	Thiomyres Rats de Souza Barbosa			

Plantão

Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC
 Programa de manutenção preventiva mensal para aparelhos de ar condicionado conforme Portaria 3523/1998 MS, Resolução 09 Anvisa e Norma Técnica ABNT/NBR 13971

Contratado **VISÃO+CLIMA**
 ENGENHARIA EM A.V.A.C.-R

Contratante **HOSPITAL De Ávila**

Período
 01/07/2023 a 01/06/2024

TRT CFT -
 Responsável Técnico
 Emmanoel Carlos da Silva
 Cnpj. 14.302.987/0001-03
 Rua Barros Barreto, N 48, Santo Amaro - RECIFE - PE
 Tel. (81) 9 8444 9205
 Emergências: (81) 9 988076564
 Responsável Técnico: Emmanoel carlos da silva RT
 TRT nº: 0811119149-9

Ambiente com conforto térmico

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.035, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 03 **TRT OBRA / SERVIÇO**
Nº CRT2302769343

Conselho Regional das Técnicas Industriais 03

PROFICOM
CO-RESPONSÁVEL - TRT PRINCIPAL

1. Responsável Técnico(a)
CLAUDIO GUILHERME MOTA DA SILVA
Título profissional: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO Registro: 862843477

2. Contratante
CONTRATANTE: HOSPITAL D AVILA LTDA
Logradouro: AVENIDA VISCONDE DE ALBUQUERQUE Nº 881
Cidade: RECIFE PE CEP: 50100-000
UF: PE
E-mail: MACALENA@HOSPITALD AVILA.LTD
Telefone: (51) 3333-2000
CNPJ: 06.716.886/0001-03

3. Dado da Obra/Serviço
Logradouro: AVENIDA VISCONDE DE ALBUQUERQUE Nº 881
Cidade: RECIFE PE CEP: 50100-000
UF: PE
E-mail: MACALENA@HOSPITALD AVILA.LTD
Telefone: (51) 3333-2000
CNPJ: 06.716.886/0001-03

4. Atividade Técnica
11. SERVIÇOS
11.1. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO
11.1.1. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO
11.1.2. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO

5. Valor
Valor do contrato: R\$ 1.200,00
Forma de pagamento: À vista

6. Assinaturas
Assinatura do Responsável Técnico(a): CLAUDIO GUILHERME MOTA DA SILVA
Assinatura do Contratante: HOSPITAL D AVILA LTDA

19.788.529/0001-40
CLAUDIO GUILHERME MOTA DA SILVA
Rua Dr. José Mariano, 756
Cachoeira - CEP 50000-015
RECIFE - PE

Ambiente com conforto térmico

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

DADOS DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL DE AVILA LTDA - CNPJ: 06.716.886/0001-03 - AVENIDA VISCONDE DE ALBUQUERQUE, 881 - RECIFE/PE, CEP: 50100-000

DADOS DO RESP. TÉCNICO
VILÃO MAR CLIMA ENGENHARIA (CNPJ: 06.788.020/0001-40) - Rua Santa Bárbara, 40, Santa Amara - Recife/PE, CEP: 50100-000
Fone: (51) 3333-2000 - E-mail: contato@vilao.com.br

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO

ITEM	DESCRIÇÃO	REALIZADO	DATA	VALOR
01	Manutenção preventiva de sistema de refrigeração	X	20/04/24	R\$ 1.200,00
02	Manutenção preventiva de sistema de refrigeração	X	20/04/24	R\$ 1.200,00
03	Manutenção preventiva de sistema de refrigeração	X	20/04/24	R\$ 1.200,00
04	Manutenção preventiva de sistema de refrigeração	X	20/04/24	R\$ 1.200,00
05	Manutenção preventiva de sistema de refrigeração	X	20/04/24	R\$ 1.200,00
06	Manutenção preventiva de sistema de refrigeração	X	20/04/24	R\$ 1.200,00
07	Manutenção preventiva de sistema de refrigeração	X	20/04/24	R\$ 1.200,00
08	Manutenção preventiva de sistema de refrigeração	X	20/04/24	R\$ 1.200,00
09	Manutenção preventiva de sistema de refrigeração	X	20/04/24	R\$ 1.200,00
10	Manutenção preventiva de sistema de refrigeração	X	20/04/24	R\$ 1.200,00

Ambiente com conforto térmico

